




MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



REQUISIÇÃO INTERNA Nº 1181/2014 – SMS

ÓRGÃO.....: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE.....: 01 – Coord. Fundo Municipal de Saúde – ASPS

AÇÃO.....: 2.120 – SAMU Conveniados (SMS)

NATUREZA DA DESPESA: 3.3. 90.30.36.00.00 – MATERIAL HOSPITALAR – 5139

COPAM-RECEBIDO

18 / 08 / 14

ASS.: D 09:20

| CÓDIGO PRODUTO | QTDE | UND | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 32524 | 01 | Caixa | Fio não absorvível, de linho, multifilamentar torcido, para fixação do tubo de drenagem de toráx, de alta resistência tênsil, branco, com agulha de aço inoxidável atraumática, curva 3/8, de 3,0 cm. Diâmetro: nº 0. Comprimento: 45 cm. Caixa com 24 unidades. | |
| 32525 | 06 | Und | Frasco rígido confeccionado em PVC atóxico, transparente, com gravação de escala volumétrica em mililitros; tampa rígida de polipropileno dotada de rosca rápida auto vedante, com 3 vias e dispositivo para entrada e fixação do tubo interno (selo d'água); alça flexível incorporada na tampa para sustentação e transporte; extensão confeccionada em PVC flexível transparente, com diâmetro e comprimento adequados à sua finalidade, fixa à tampa e acompanhada de clamp capaz de promover a interrupção da drenagem, com conector universal de formato afunilado e denteado para adaptação em drenos de tórax, de forma a adaptar-se a qualquer calibre. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema. Esterilizado em óxido de etileno (ETO).. Capacidade: 2000ml. | |

DESTINO ..: Para o SAMU da Secretaria Municipal da Saúde.

CREDOR....:

IJUÍ-RS, 31 de julho de 2014.

Márcia Elisa Basso Boniatti
Matrícula 21307-12
Requisitante

Carlos Delmar Freidheim
Matrícula 18119-67
Controle Interno Setorial no Órgão

Alexandra de Freitas Lentz
CPF: 883.613.300-20
Secretária Municipal de Saúde

Observações:

☒ Deferido
() Indeferido

Fioravante Batista Ballin
Prefeito

COPAM

Modalidade:

Data: ____/____/____

Município de Ijuí-Poder Executivo

Walter J. S. Arbo
Secretário da Fazenda Adjunto

Walter Arbo
Secretário da Fazenda Adjunto

Req. 2075- 2014
Proc. 1460/2014
P.P. 042/2014

11 AGO. 2014