




# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



## REQUISIÇÃO INTERNA Nº 817/2014 – SMS

COPAM-RECEBIDA

16 / 06 / 14

ASS.: 16:00

ÓRGÃO.....: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE.....: 02 – Coord. Do Fundo Municipal de Saúde – UNIÃO

AÇÃO.....: 2.138 – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica PMAQ GF

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.08.00.00 APAREL. EQUIP.E UTENS. MED.ODONT.LAB.HOSP - 8939

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
29492	02	Und	Balança digital para adulto com antropômetro. Características: Capacidade (kg) 200. Divisão (g) 50. Display 6 dígitos de 20,3 mm de altura. Cristal Líquido. Plataforma 370 x 440 mm (acabamento da base em borracha antiderrapante). Temperatura de Operação -10°C à + 40°C umidade máx. 85%. Kit Antropométrico com medição mínima de 1,90m. Pintura Metálica de alta resistência. Estrutura tubular. Tensão 110 - 220 V variação máxima de -15% a +10%. Frequência (Hz) 50 - 60 Hz. Consumo (VA) 2,8 VA. Garantia de 2 anos. Deve estar aferida de acordo com o INMETRO e certificada.	
24670	03	Und	Balança Pediátrica eletrônica, capacidade 15 kg divisões de 05 gramas, pés reguláveis, em borracha sintética, concha anatômica em Polipropileno, chave seletora de tensão 110/220w, display com 5 dígitos e função tecla TARA no painel frontal. Deve estar aferida de acordo com o INMETRO e certificada.	

DESTINO...: Para o ESF do Thomé de Souza, Gloria, Herval e Centro Social Urbano da SMS.

CREDOR....:

IJUÍ-RS, 27 de maio de 2014.

Márcia Elisa Basso Boniatti  
Matrícula 2130712  
Requisitante

Carlos Delmar Freidheim  
Matrícula 18119-67  
(Controle Interno Setorial no Órgão)

Alexandra de Freitas Lentz  
CPF: 883.613.300-20  
Secretária Municipal de Saúde

Observações:

(X) Deferido

( ) Indeferido

Fioravante Batista Ballin  
Prefeito

COPAM

Modalidade:

Data:

Walter Arbo  
Secretário Adjunto da Fazenda

Reg. 1.544-2014

Proc. 1.383/2014

P.P. 040/2014

12/06/14